

关于在线系统目前状况的报告

佳木斯市环境监察支队在线监测管理科：

佳木斯佳源水务有限公司汤原污水处理厂的在线监测设备总氮分析仪消解池进样管路漏液，导致10月17日11时起设备出现异常超标数据，运维人员密封管路后于17日17时设备恢复正常，特此报告。

特此报告

哈尔滨维尔世纪科技发展有限公司

2018年10月18日

