

# 关于在线系统目前状况的报告

佳木斯市环境监察支队在线监测管理科：

佳木斯佳源水务有限公司汤原污水处理厂总氮分析仪于11月6日出现超标现象，经现场查看判断为设备抽到杂质导致，下次做样设备恢复正常测量。

特此报告

哈尔滨维尔世纪科技发展有限公司

2018年11月7日

